

介入防护用品一套

一、设备配置清单（主要核心配套设备及配件）

序号	项目名称	数量	单位
1	医用X射线铅围领（防辐射围领）	8	套
2	铅胶帽（防辐射帽）	8	套
3	医用X射线铅眼镜	2	套
4	铅毯（医用射线性腺防护帘）	8	套
5	铅胶衣（正穿半袖双面式）（防辐射裙）	8	套
6	铅护手（医用射线防护帘）	8	套
7	铅护臂（医用射线防护帘）	8	套
8	铅围裙	8	套
9	铅衣架	5	套
10	铅方巾	8	套

二、招标技术要求

一、医用X射线铅围领（防辐射围领）8套

1.铅当量≥0. 5mmPb，（近三年省级或以上专业机构的铅当量检测报告）

*2.内部材料采用100%进口超薄、超轻、超柔轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、耐臭氧抗老化强(近两年耐臭氧抗老化检查报告)，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强，（拉伸强度/撕破强度/邵氏硬度检测报告;近两年进口报关证单证，境内收货人及消费使用单位必须为本生产制造商）。

*3.表层面料特点：结实耐用，环保染色，无毒抗菌，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污，（需提供检测报告及证书：1.无毒抗菌；2. 拉伸强力/撕破强力/耐摩擦色牢度;3.防静电;4.三防检测报告）;≥80种可选更佳。

*4.提供防漏射线实用性防护方案供评价，需定制更好的保护甲状腺。

5.产品通过CE或FDA认证更佳，提供省内相同等级大三甲高水平医院合同或发票。

6.生产企业体系认证要求：ISO9001;ISO13485，

7.质保期：三年，每年提供不少于两次防护性能检查。

8.无限期符合院感要求的售后方案供评价，提供省内同等级大三甲高水平医院实施案例。

9.射线防护用品事关医护职业健康安全，货物需接受院方的验收方案，提供虚假证明材料响应使用非要求标准的材质以次充好的供应商将受到采购方的处罚。

二、铅胶帽（防辐射帽）8套

1.铅当量 $\geq 0.5\text{mmPb}$ ，（近三年省级或以上专业机构的铅当量检测报告）

*2.内部材料采用100%进口超薄、超轻、超柔轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、耐臭氧抗老化强(近两年耐臭氧抗老化检查报告)，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强，（拉伸强度/撕破强度/邵氏硬度检测报告;近两年进口报关证单证，境内消费使用单位必须为本生产制造商）。

*3.表层面料特点：结实耐用，环保染色，无毒抗菌，无异味，防水 ≥ 2000 ，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污，（需提供检测报告及证书：1.无毒抗菌；2.拉伸强力/撕破强力/耐摩擦色牢度，3.防静电，4.三防检测报告）； ≥ 80 种可选更佳。

*4.实用性可分合式防漏射线防护设计，以便佩戴便捷舒适;提供最佳的头部防护。

5.产品通过CE或FDA认证更佳，提供省内同等级大三甲高水平医院合同或发票。

6.生产企业体系认证要求：ISO9001;ISO13485，

7.质保期：三年，每年提供不少于两次防护性能检查。

8.无限期符合院感要求的售后方案供评价，提供省内同等级大三甲高水平医院实施案例。

9.射线防护用品事关医护职业健康安全，货物需接受院方的验收方案，提供虚假证明材料响应使用非要求标准的材质以次充好的供应商将受到采购方的处罚。

三、医用X射线铅眼镜 2套

*1.铅当量:正面 0.75mmPb ，侧面 0.5mmPb ；近三年省级或以上专业机构的铅当量检测报告

*2.全重 ≤ 80 克;镜片采用高品质、无失真SF-6肖特防辐射镜片。

3.矩形框架：流线型设计，时尚美观；通风式橡胶鼻垫，可减少起雾。

4.镜框有明显的品牌标识，配有专用眼镜盒，防滑落绳，防雾清洗剂。

*5.提供原装进口证明文件；通过欧盟CE认证;美国FDA认证;通过510K豁免证书。

6.提供省内相同等级大三甲高水平医院同类产品合同或发票。

7.质保期：三年，每年提供不少于两次防护性能检查。

8.无限期符合院感要求的售后方案供评价，提供省内同等级三甲高水平医院实施案例。

9.射线防护用品事关医护职业健康安全，货物需接受院方的验收方案，提供虚假证明材料响应使用非要求标准的原装进口防护眼镜以次充好的供应商将受到采购方的处罚。

四、铅毯（医用射线性腺防护帘）8套

1.铅当量 $\geq 0.5\text{mmPb}$ ，近三年省级或以上专业机构的铅当量检测报告。

*2.内部材料：100%进口轻铅纳米技术压制材料（提供证明材料），柔软，铅当量分布均匀，折叠不易断裂，无刺鼻橡胶味，采用多层防护材料，更柔软。通过相关拉力测试检测，并提供相关报告（GB/T 528-2009、GB/T 529-2008（方法A）、拉伸强度 $\geq 4.0\text{Mpa}$ ，拉断伸长率 $\geq 240\%$ ，撕裂强度 $\geq 7\text{KN/m}$ ）

*3.外层面料：两款材质可选

A、采用牛津三防面料，柔软、耐磨，防水，经久耐用，通过耐磨性测试GB/T 21196.2-2007、抗撕裂测试GB/T 3917.2-2009、静水压测试GB/T 4744-2013、以及防水性能检测GB/T 4745-2012

B、采用台湾进口PU抗菌抑菌面料，通过金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大肠杆菌的检测并提供相关报告。

4.产品款式及尺寸需定制。

5.生产企业通过ISO9001;ISO13485体系认证

6.质保期：三年，每年提供不少于两次防护性能检查。

7.无限期符合院感要求的售后方案供评价，提供省内同等级三甲高水平医院实施案例。

8.射线防护用品事关医护职业健康安全，货物需接受院方的验收方案，提供虚假证明材料响应使用非要求标准的材质以次充好的供应商将受到采购方的处罚。

五、铅胶衣（正穿半袖双面式）（防辐射裙）8套

1.铅当量 $\geq 0.5\text{mmPb}$ ，（近三年省级或以上专业机构的铅当量检测报告）

*2.内部材料采用100%进口超薄、超轻、超柔轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆硬化、耐臭氧抗老化强(近两年耐臭氧抗老化检查报告)，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强，（拉伸强度/撕破强度/邵氏硬度检测报告;近两年进口报关证单证，境内收货人及消费使用单位必须为本生产制造商）。

*3.表层面料特点：结实耐用，环保染色，无毒抗菌，无异味，防水 ≥ 2000 ，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污，（需提供检测报告及证书：1.无毒抗菌；2.拉伸强力/撕破强力/耐摩擦色牢度，3.防静电，4.三防检测报告）； ≥ 80 种可选更佳。

*4. 提供实用性防漏射线防护方案供评价，以提供最佳的躯干防护。

5. 产品符合人体工程学设计，尺寸量体裁衣，按需定制，以便佩戴便捷舒适，减轻长时间负重对手术操作的不良影响。

6.产品通过CE或FDA认证更佳，提供省内同等级三甲高水平医院合同或发票。

*7.生产企业体系认证要求：ISO9001;ISO13485。

8.质保期：三年，每年提供不少于两次防护性能检查。

9.无限期符合院感要求的售后方案供评价，提供省内同等级三甲高水平医院实施案例。

10.射线防护用品事关医护职业健康安全，货物需接受院方的验收方案，提供虚假证明材料响应使用非要求标准的材质以次充好的供应商将受到采购方的处罚。

六、铅护手（医用射线防护帘）8套

1.铅当量 $\geq 0.5\text{mmPb}$ ，（近三年省级或以上专业机构的铅当量检测报告）

*2.内部材料采用100%进口超薄、超轻、超柔轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、耐臭氧抗老化强(近两年耐臭氧抗老化检查报告)，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强，（拉伸强度/撕破强度/邵氏硬度检测报告;近两年进口报关证单证，境内收货人及消费使用单位必须为本生产制造商）。

*3.表层面料特点：结实耐用，环保染色，无毒抗菌，无异味，防水 ≥ 2000 ，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污，（需提供检测报告及证书：1.无毒抗菌；2.拉伸强力/撕破强力/耐摩擦色牢度，3.防静电，4.三防检测报告）； ≥ 80 种可选更佳。

4.产品符合人体工程学设计，大中小各码可选，可定制，以便佩戴便捷舒适，不影响手术操作。

5.产品通过CE或FDA认证更佳，提供省内同等级三甲高水平医院合同或发票。

*6.生产企业体系认证要求：ISO9001;ISO13485。

7.质保期：三年，每年提供不少于两次防护性能检查。

8.无限期符合院感要求的售后方案供评价，提供省内同等级三甲高水平医院实施案例。

9.射线防护用品事关医护职业健康安全，货物需接受院方的验收方案，提供虚假证明材料响应使用非要求标准的材质以次充好的供应商将受到采购方的处罚。

七、铅护臂（医用射线防护帘）8套

1.铅当量 $\geq 0.5\text{mmPb}$ ，（近三年省级或以上专业机构的铅当量检测报告）

*2.内部材料采用100%进口超薄、超轻、超柔轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、耐臭氧抗老化强(近两年耐臭氧抗老化检查报告)，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强，（拉伸强度/撕破强度/邵氏硬度检测报告;近两年进口报关证单证，境内收货人及消费使用单位必须为本生产制造商）。

*3.表层面料特点：结实耐用，环保染色，无毒抗菌，无异味，防水 ≥ 2000 ，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污，（需提供检测报告及证书：1.无毒抗菌；2.拉伸强力/撕破强力/耐摩擦色牢度，3.防静电，4.三防检测报告）； ≥ 80 种可选更佳。

4.产品符合人体工程学设计，大中小各码可选或定制，以便佩戴便捷舒适，不影响手术操作。

5.产品通过CE或FDA认证更佳，提供省内同等级三甲高水平医院合同或发票。

*6.生产企业体系认证要求：ISO9001;ISO13485。

7.质保期：三年，每年提供不少于两次防护性能检查。

8.无限期符合院感要求的售后方案供评价，提供省内同等级三甲高水平医院实施案例。

9.射线防护用品事关医护职业健康安全，货物需接受院方的验收方案，提供虚假证明材料响应使用非要求标准的材质以次充好的供应商将受到采购方的处罚。

八、铅围裙 8套

1.铅当量 $\geq 0.5\text{mmPb}$ ，（近三年省级或以上专业机构的铅当量检测报告）

*2.内部材料采用100%进口超薄、超轻、超柔轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆硬化、耐臭氧抗老化强(近两年耐臭氧抗老化检查报告)，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强，（拉伸强度/撕破强度/邵氏硬度检测报告;近两年进口报关证单证，境内收货人及消费使用单位必须为本生产制造商）。

*3.表层面料特点：结实耐用，环保染色，无毒抗菌，无异味，防水 ≥ 2000 ，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污，（需提供检测报告及证书：1.无毒抗菌；2.拉伸强力/撕破强力/耐摩擦色牢度，3.防静电，4.三防检测报告）； ≥ 80 种可选更佳。

4.产品符合人体工程学设计，需定制，以便佩戴便捷舒适更好保护性腺。

5.产品通过CE或FDA认证更佳，提供省内同等级三甲高水平医院合同或发票。

*6.生产企业体系认证要求：ISO9001;ISO13485。

7.质保期：三年，每年提供不少于两次防护性能检查。

8.无限期符合院感要求的售后方案供评价，提供省内同等级三甲高水平医院实施案例。

9.射线防护用品事关医护职业健康安全，货物需接受院方的验收方案，提供虚假证明材料响应使用非要求标准的材质以次充好的供应商将受到采购方的处罚。

九、铅衣架 5套

1、材料：铅衣专用衣架原材料采用优质不锈钢，承受5-8套铅衣不变形；

衣撑设计可左右摆动调节，采用医用静音阻尼轮。

2、尺寸：高度 $140\text{cm} \pm 2\text{cm}$ 宽度 $90\text{cm} \pm 2\text{cm}$ 底部脚长度 $62\text{cm} \pm 2\text{cm}$;接受根据场地定制。

3、生产企业通过ISO9001体系认证。

4.质保期：三年，每年提供不少于两次性能检查。

5.射线防护用品事关医护职业健康安全，货物需接受院方的验收方案，提供虚假证明材料响应使用非要求标准的材质以次充好的供应商将受到采购方的处罚。

十、铅方巾 8套

1.铅当量 $\geq 0.5\text{mmPb}$ ，近三年省级或以上专业机构的铅当量检测报告。

*2.内部材料：100%进口轻铅纳米技术压制材料（提供证明材料），柔软，铅当量分布均匀，折叠不易断裂，无刺鼻橡胶味，采用多层防护材料，更柔软。通过相关拉力测试检测，并提供相关报告（GB/T 528-2009、GB/T 529-2008（方法A）、拉伸强度 $\geq 4.0\text{Mpa}$,拉断伸长率 $\geq 240\%$ ，撕裂强度 $\geq 7\text{KN/m}$ ）

*3.外层面料：两款材质可选

A、采用牛津三防面料，柔软、耐磨，防水，经久耐用，通过耐磨性测试GB/T 21196.2-2007、抗撕裂测试GB/T 3917.2-2009、静水压测试GB/T 4744-2013、以及防水性能检测GB/T 4745-2012

B、采用台湾进口PU抗菌抑菌面料，通过金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大肠杆菌的检测并提供相关报告。

- 4.产品款式及尺寸需定制。
- *5.生产企业通过ISO9001;ISO13485体系认证
- 6.质保期：三年，每年提供不少于两次防护性能检查。
- 7.无限期符合院感要求的售后方案供评价，提供省内同等大三甲高水平医院实施案例。
- 8.射线防护用品事关医护职业健康安全，货物需接受院方的验收方案，提供虚假证明材料响应使用非要求标准的材质以次充好的供应商将受到采购方的处罚。

三、商务条款

序号	目录	商务要求
(一) 免费保修期内售后服务要求		
1	维修及维护服务	★1.1 所投货物(含所选配置及软硬件校准和升级)免费保修期不少于 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算（原则上以“采购人完成入库”为准）。中标人必须提供设备原厂服务，终身维修。 1.2 免费保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于 4次。免费更换零配件、免工时费。每次预防性维护保养后需出具符合厂家标准的保养记录，每年度提供符合厂家技术标准或第三方认可的质控报告。 1.3 由设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位(不可抗力情况除外)。如需更换消耗品和零配件需48小时之内完成，如遇产品重大故障，超72小时无法解决的，提供备用机。。 ★1.4 设备制造商负责货物的终身维修，承诺至少 10 年原厂维修配件供应及软件升级。并免费配合采购人完成设备端信息化接口改造。进口设备需提供设备厂家承诺函，国产设备需提供供应商承诺函（格式自拟）。
2	质量保证	2.1 免费保修期内，中标人应确保年开机率在95%以上，否则按照如下约定执行: ①年开机率90~95%(含95%)，扣履约保证金的30%; ②年开机率在85~90%(含90%)，扣履约保证金的60%; ③年开机率低于85%(含85%)，中标人需无条件更换新机并赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失，采购人有权扣除全额履约保证金。 注:年开机率=(365-停机天数)/365)。
(二) 免费保修期外售后服务要求		
1	服务内容及要求	1.1 设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位(不可抗力情况除外)。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 ★1.2 免费保修期满后，设备制造商以优惠价格供应原厂维修零配件、消耗品和延续保修合同及仅人工保修服务。 1.3 价格最高的前5项零配件、消耗品和延续全保修、仅人工保修服务，的优惠报价需填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明细清单》中。 1.4 免费保修期外，采购人采购零配件、消耗品和延续保修服务明细内容时，可就价格进行谈判，最终谈判价格不能高于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明细清单》中优惠报价。 1.5 中标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务” (即:不论设备有无故障先买保修服务)，不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 ★1.6 设备专机专用耗材和试剂需在深圳市医用耗材阳光交易和监管平台注册，并承诺中标后提供医用耗材阳光交易和监管平台最低供货价。【提供生产厂家及专用耗材试剂在深圳市医用耗材阳光交易和监管平台上的注册证明和承诺函(格式自拟)】。若无配套专机专用耗材和试剂，投标人须提供无配套专机专用耗材和试剂相关说明。
(三) 其他商务要求		

序号	目录	商务要求
1	交货要求	★1.1 中标人在签订合同之日起，国产设备 60 日历日内，进口设备 90 日历日内交货并安装调试完毕，交付采购人验收。
		1.2 签订合同后，如涉及机房装修改造，中标人需立即向采购人出具机房装修要求的各种资料。并提供机房内与安装设备直接相关的器具和部件，包括从配电箱到主机的电缆线，专用导轨吊架和地梁钢结构等设备专用配件，采购人仅负责通用要求的放射防护装修。
		1.3 中标人应提供设备的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册(含维修密码及接口数据)、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。
		1.4 提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检测的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。
2	运输、安装和验收	2.1 中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。
		2.2 采购人在必要时有权要求中标人提供设备相关的第三方检验检测报告。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，投标人应采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。
		2.3 中标人与采购人设备验收人员共同确认安装条件符合相关技术要求后方可发出货物，中标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试。
		2.4 由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告，产品保修期自验收合格（原则上以“采购人完成入库”为准）之日起算。
		2.5 设备安装过程中不得损坏安装场地内已有设备、器具和装修等物品，如有损坏，中标人应无条件恢复原状，针对无法修复的中标人应当赔偿采购人的损失。
		2.6 如安装过程需要吊装、搬运工人超3人等情况，需提前一周向采购人设备科、总务科申报，办理入场手续，所有院外工作人员在院区内工作，需接受采购人监管，佩戴采购人发放的工牌，禁止吸烟及一切危害公共安全的行为，对有可能造成消防报警的，需提前申报。
		2.7 医疗设备的包装箱使用后由中标人负责处理。
		2.8 废气排放、排污等接口须无条件改造为符合采购人现有标准和制式。
3	培训	3.1 中标人应派专业技术人员免费对采购人指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。中标人责成设备生产商提供标准化操作流程、日常保养流程、质控流程、PPT版本操作教程及操作视频、电子说明书等。
4	知识产权	4.1 中标人应保证采购人在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。
		4.2 采购人购买设备后，有权对该设备与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。
5	付款方式	5.1 合同签订生效后，中标人自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同金额5%为履约保证金；
		5.2 中标人提供合同全额发票办理入库后15日，采购人向中标人支付合同全款；
		5.3 履约完成，中标人提出退还履约保证金申请，采购人确认履约合格后无息退还履约保证金或者出具相应证明文件。采购人逾期退还履约保证金，需向中标人每日偿付履约保证金0.1‰利息。因中标人原因未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。

序号	目录	商务要求
6	违约责任	6.1 若本合同约定交付期限届满，中标人不能按照约定交货，中标人应按照未交货产品价值的1%/日向采购人支付违约金；如逾期超过30日历日(含)的，采购人有权解除本合同，并要求中标人按照本合同总金额的30%支付违约金并赔偿损失。
		6.2 若中标人交付的产品、工程或服务不符合招标文件要求和其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被拒收产品并扣除全货款30%的违约金，且将被列入履约“差评”供应商清单，并按主管部门相关规定处理。若违约金无法弥补招标人的损失，中标人还应赔偿招标人因此造成的损失。
		6.3 采购人有权从中标人缴纳的履约保证金中直接扣除中标人应承担的违约金和采购人的损失，剩余违约金和采购人的损失，采购人有权要求中标人继续支付。履约保证金不足以补偿中标人应承担的违约金和采购人损失的，采购人有权要求中标继续支付。
		6.4 其他违约责任。
7	数据接口要求	7.1 中标人应无偿配合采购人信息科将设备连接到信息系统中。连接信息系统过程中如产生费由中标人承担。中标人不能向采购人信息系统如HIS、PACS、LIS等提出另行支付接口费等费用。
8	产品要求	★8.1 进口产品投标人必须提供由设备制造商(或中国总代理)签署的合法有效的保修、维修承诺函(免费保修期需满足招标文件要求)扫描件，原件备查。国产产品无需提供。
9	其他	9.1 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

四、配套条件

设备长宽高[单位:m]	0.7*0.9	用地面积[单位:m²]:	0.0100	*设备重量[单位:吨]:	0.0600
其他特殊要求（配置证等：	无特殊	院感	无特殊	消防	无特殊
吊装通道改造	无特殊	建筑承重[单位:吨]	0.0000	位置	无特殊
给水、排水（污水）条件	无特殊	审批（排污、放射源等）控评	无特殊	审批（排污、放射源等）环评	无特殊
审批（排污、放射源等）预评	无特殊	装修要求（含放射、屏蔽、隔音等）	无特殊	装修改造费用预计合计(元)	0.0000
用气条件	不需要用气	用电条件-双回路供电	无	用电条件-独立地线	无
售后服务情况	质保3年				
改造预计时长	无				
改造说明					